



Slovgen s. r. o. , Diagnosztikai laboratórium, ILKOVIČOVA 8, 841 04 BRATISLAVA 4, Slovak Republic, tel : 00421 905 550 916, Cég azonosító: 35700629, Adószám: SK2020906151, accounts: SK5511000000002626252786 (TATRSKBX); CZ885500000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S. A Slovgen s.r.o. be van jegyezve a pozsonyi városbíróóság III. bíróságán, cégjegyzékszám 11939/B

MEGRENDELŐLAP

Betegségek detekciója DNS analízissel

MEGRENDELŐ

Keresznév:

Utónév:

Lakcím:

EMAIL:

KUPONOK:

Cégnév:

Cég azonosító:

Adószám:

Székhely:

Tel. szám:

* jelöljön X-el

ANALÍZIS: * 4 munkanap (csak Pbfd, felár ellenében); **SZÁMLA:** * emailben, * postai úton nyomtatva

EREDMÉNYEK: *emailben, *postai úton nyomtatva, *csak A5-ös protokollok, * rendelési formában is

No.	Faj (latin megnevezés)	Minta megjelölése	Laboratórium No. (ne töltse ki)	Analízis típusa (karikázd be)		
				Analízis eredménye (ne töltse ki)		
1				Pbfd	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
2				Pbfd	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
3				Pbfd	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
4				Pbfd	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
5				Pbfd	Ch.psittaci	Avian polyomavirus

Minta megjelölése (gyűrűszám, esetleg más) az oklevélben lesz feltüntetve, Az A5 protokoll (pdf) ingyenes és minden mintára külön kerül kiadásra, mindig kerül kiadásra.

Mintavétel időpontja:

Minták labor érkezése:

Analízis elvégzésének

időpontja:

Fizetés módja *:

banki átutalás paypal.

Dátum :

Megrendelő aláírása:

Ez a protokoll kizárólag a benyújtó által szolgáltatott mintára és adatokra vonatkozik. A DNS-elemzés csak az említett típusra vonatkozik, és semmilyen körülmények között nem használható fel a személyazonosság igazolására. Lehetőséget teremtünk a jegyzőkönyv hitelességének ellenőrzésére, hamis protokollok előfordulása miatt. Az elemzett egyedről (fajról) és az elemzés eredményéről a chipszám és a laboratóriumi kód megadásával telefonon vagy emailben adunk tájékoztatást! A Slovgen garantálja, hogy vizsgálati eredményei pontosak a fent említett beérkezett mintákra. Érvényes igény esetén a tulajdonos egyetlen jogorvoslati lehetősége a befizetett díj visszatérítése. A Slovgen semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetett, következményes vagy véletlenszerű kárért. Minden igényt az eredményjelentéstől számított egy éven belül kell érvényesíteni.




Slovgen s. r. o. , Diagnosztikai laboratórium, ILKOVIČOVA 8, 841 04 BRATISLAVA 4, Slovak Republic, tel : 00421 905 550 916, Cég azonosító: 35700629, Adószám: SK2020906151, accounts: SK551100000002626252786 (TATRSKBX); CZ885500000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S. A Slovgen s.r.o. be van jegyezve a pozsonyi városbírószág III. bíróságán, cégjegyzékszám 11939/B

FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS ÚTMUTATÓ A PBF-D-T OKOZÓ CIRKOVÍRUS ANALÍZISÉRŐL

A mintavételi kártyák helyes használata:

A mintavételi kártyák esetében, legyen az tiszta vagy már a levett vér után, ügyeljen a következő fontos részletekre:

- tartsa őket száraz, tiszta helyen, legjobb egy borítékban vagy zacskóban
- ne érjen hozzá a kártyán lévő itatóspapírhoz, sem akkor, ha tiszta, sem akkor ha már levette a vérmintát, illetve a megszáradt vérhez sem
- vérvétel esetén mindig csak egy mintavételi kártyát készítsen elő, ezzel csökkentve a lehetséges aeroszolos vagy vírus részecskék általi kontaminációt
- **nagyon fontos: miután a vérminták megszáradtak ügyeljen arra, hogy az egyes kártyák egymástól elszeparálva legyenek**, minden kártyát helyezzen külön zacskóba vagy tasakba, gondoljon az elhelyezésükre is, ezzel minimalizálható a lehetősége annak, hogy a laborban kicsomagoláskor érintkezzenek
- a kártyákat elég papírral is elválasztani egymástól (lásd ábra)



INFORMÁCIÓ AZ EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN

Amennyiben az eredmény PBF-D vírus detekciója esetén pozitív a vírus jelenléte bizonyítva van a mintában. Viszont fontos észben tartani és átgondolni a következőket.

A vírus a légúti betegséget terjesztő vírusok csoportjába tartozik, tehát cseppfertőzéssel terjed. Ez azt jelenti, hogy a vírus részecske jelen van a levegőben, illetve a felületeken is. Ezért nagyon fontos, hogy a mintákat ne kontamináljuk mintavétel esetén.

Ideális ha nem veszünk le egymás után több mintát. A vírus könnyen átjuthat a beteg egyedekről a környezetbe és szennyezheti a tiszta kártyákat is. A helyiséget érdemes minden egyed után fertőtleníteni, átszellőztetni, esetleg UV lámpával fertőtleníteni. Ne feledjük, hogy a vírus jelen lehet a hálókön, amelyekkel a madarakat elfogják. Vérvétel esetén ajánlott megtisztítani a területet, akár etanollal is. Természetesen minden vérvétel után fontos a kézmosás.

Ez az analízis nagyon érzékeny. Nagyon kis mennyiségű vírust is képes kimutatni. Vagyis, az eredményt adó jel arányos a mintában kezdeti stádiumban lévő vírus mennyiségével. Az egyes eredmények ezért más-más intenzitású jelet adnak. Gyengébb jel esetén nagyon nehéz megállapítani, hogy az egyed szervezetében kis mennyiségű vírus van, mert a fertőzés még viszonylag friss, vagy az egyed küzd a vírussal szemben, esetleg mintavétel esetén kontaminált mintáról van szó (ez lehet egy másik minta általi szennyezés, vagy a környezet miatt is).

Fontos észben tartani, hogy ezzel a teszttel a vírus jelenlétét határozzuk meg, nem pedig a fertőzöttség arányát.

A gyengébb jelet adó pozitív mintát értelemszerűen nem határozhatjuk meg negatívként.

Laboratóriumunk ezért megjegyzés formájában feltünteti a protokollban, ha ehhez hasonló gyengébb jelet adó mintáról van szó. Ilyen esetben erősen ajánlott az új analízis 2-3 héttel később és a madár izolálása erre az időszakra.